

Tehničke karakteristike uređaja:

Prenosni ultrazvučni merač protoka tečnosti

1. Opšti zahtevi

Tehnička dokumentacija ponude mora da sadrži:

- Tehnički katalog proizvođača koji prikazuje sve relevantne tehničke karakteristike proizvoda, pri čemu ponuđeni proizvod mora biti jasno i nedvosmisleno obeležen u priloženom katalogu.
- Sertifikat za Proizvođača i Ponuđača kojim se potvrđuje ispunjenost svih zahteva datih standardom: ISO 9001 – Sistem menadžmenta kvalitetom. Ponuđač u obimu sertifikacije mora biti sertifikovan za servis ponuđene opreme.
- Deklaraciju o usaglašenosti proizvoda sa svim relevantnim evropskim direktivama i propisima - CE znak.
- Garatni list uređaja u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 88/2021).
- Uputstvo za ukovanje na srpskom ili engleskom jeziku za ponuđeni proizvod.

Napomena: Pri isporuci proizvoda je potrebno dostaviti i fizičku kopiju (na papiru) uputstva za rukovanje na srpskom ili engleskom jeziku za ponuđeni proizvod, kao i garatnog lista proizvoda.

2. Zahtevane tehničke karakteristike

Ponuđeni uređaji moraju da ispune sledeće zahteve:

Merni opseg brzine strujanja fluida	0,03 – 12,19 m/s
Način montaže merača	Magnet ili traka
Temperaturni opseg sonde	-40 do 150 °C
Veličine nosača mernih sonda	15 – 50 mm (1/2" – 2") i Nosač za prečnike > 50 mm (2" – 24")
Dužina mernih kablova	8 m
Konstrukcija kućišta	IP65
Dodatna oprema	Software za prenos podataka na računar
Dodatna oprema	Torba ili kofer za transport
Dodatna oprema	Set za merenje energije sa transponderom temperature
Dodatna oprema	Merač debljine zida cevi
Dodatna oprema	Rezervna baterija i punjač baterije
Dodatna oprema	Adapter za kablove (TNC ka BNC ili UTXDR)